

Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO REF. AO PE 44/2019 - ITEM 07 AUTOCLAVE HORIZONTAL**
De: Depto. Suprimentos <suprimentos.saude@ouropreto.mg.gov.br>
Para: <compras@ouropreto.mg.gov.br>
Data: 19/02/2020 10:57

Prezada, bom dia!

Sobre a solicitação de esclarecimento referente ao PE 44/2019 - aquisição de equipamentos para a Nova UPA, feito pela empresa Phoenix Luferco, sobre o item 07 - Autoclave, solicito que seja informado a mesma, e as demais que forem cotar o referido item, que o tipo de fechamento da(s) porta(s) é por sistema volante central.

At,

Leandro L. de A. Moreira

Prefeitura Municipal de Ouro Preto - Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Suprimentos

Razão Social: Pmop / Sms / Fundo Municipal De Saúde

Endereço: Mecânico José Português, 240 – São Cristóvão

Ouro Preto – MG CEP: 35400-000

CNPJ: 18.295.295.0001-36

Telefone de Contato: (31) 3559 - 3306

Em 18/02/2020 07:57, compras@ouropreto.mg.gov.br escreveu:

Leandro,

Bom dia.

Recebemos a solicitação de esclarecimento referente ao PE 44/2019 - equipamentos para a Nova UPA.

Aguardamos a resposta para que possamos encaminhar à empresa Phoenix Luferco.

Atenciosamente,

Luciene
Superintendência de Compras e Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto

----- Mensagem original -----

Assunto::SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO REF. AO PE 44/2019 - ITEM 07 AUTOCLAVE HORIZONTAL
Data:17/02/2020 15:58
De:Phoenix Vendas 2 <vendas2@phoenix.ind.br>
Para::"compras@ouropreto.mg.gov.br" <compras@ouropreto.mg.gov.br>

Boa tarde

Setor de Compras

Solicito que seja informada no item 07 Autoclave, o tipo de fechamento da(s) porta(s), e o tipo de fechamento da mesma se sistema volante central ou deslizante com o uso de ar comprimido.

Certo da atenção de todos, fico no aguardo de um retorno,



Otemar Gebin Sbaglia

Departamento de Licitações

✉ vendas2@phoenix.ind.br

☎ +55 (16) 3324-6600

🏢 Av. Jacob Jorge Abi Rached, 171 • III Distrito Industrial

Araraquara/SP - Brasil • CEP:14.806-610