OURO
PRETO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Juscelino Kubitschek, 31, Bauxita
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3280

Comunicação interna
012/2020

Ouro Preto, 04 de Março 2020.

A Superintendência de Compras e Licitação
Srª Luciene Ferreira

Em relação ao Pregão Eletrônico 044/2019, a empresa RC móveis Ltda solicitou esclarecimento sobre o item 18 "Cama Hospitalar" se a mesma seria totalmente em aço carbono ou totalmente em aço inoxidável?
Informo que conforme descritivo no edital a cama terá parte de sua estrutura em aço de carbono e parte de sua estrutura em aço inoxidável. Aço de carbono relaciona-se a base da cama e aço inoxidável relaciona-se a restante do leito.

Atenciosamente,

Leandro L. A. Moreira
Enfermeiro

Leandro L. de A. Moreira
Coordenador da Rede de atenção às Urgências