

PARECER TÉCNICO

O Item 09 do Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços nº. 44/2019 ofertado pela empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli não atende às especificações contidas no edital.

Portanto, somos contrários à sua contratação.

JUSTIFICATIVA:

O modelo ofertado pela empresa indica capacidade máxima de 200kg sendo que o descritivo do edital indica capacidade máxima de 300Kg

Ouro Preto, 31 de março de 2020.



Alexander Rodrigo Machado
Enfermeiro – Coordenador UPA de Ouro Preto

Stamp: Alexander Rodrigo Machado, Enfermeiro, CRM - MG: 213.424