

Comunicado Interno nº 11/2021

Em: 05/10/2021

À Superintendência de Compras e Licitações

A/C: Marineth Monteiro

Assunto: Parecer técnico referente ao edital Pregão Eletrônico para registro de preços nº 40/2021.

Segue parecer técnico referente ao edital Pregão Eletrônico para registro de preços nº 40/2021, cujo objetivo é a aquisição de material médico hospitalar que são insumos básicos e essenciais nas ações de saúde da rede de atendimento do sistema único de saúde de Ouro Preto, seguindo abaixo os itens vencedores e as respectivas empresas.

➤ Empresa DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA EPP para os seguintes itens:

LOTE 02- Sonda Uretral descartável nº10: **parecer favorável à qualificação técnica ;**

LOTE 03-Sonda Uretral descartável nº12: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 04- Sonda Uretral descartável nº14: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 05- Sonda Uretral descartável nº16: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 06: Sonda Uretral descartável nº18: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 09- Sonda Uretral descartável nº06: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 10- Sonda Uretral descartável nº08: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 11- Tubo Endotraqueal com manguito nº 5.0: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 12- Tubo Endotraqueal com manguito nº 6.5: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 13- Tubo Endotraqueal com manguito nº 7.0: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 14- Tubo Endotraqueal com manguito nº 7.5: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 15- Tubo Endotraqueal com manguito nº 8.0: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 16- Tubo Endotraqueal com manguito nº 8.5: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 17- Tubo Endotraqueal com manguito nº 9.0: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 18: Tubo Endotraqueal sem manguito nº 2.5: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 20: Tubo Endotraqueal sem manguito nº 4.5: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 25- Monitor de Glicemia: **parecer desfavorável à qualificação técnica; amostra recebida não atende as especificações do edital: variação de medição: 20 ~ 600, memória de 300 medições, além de possuir limitações técnicas na interpretação de valores de glicose de neonatos, possibilidade de interferência com níveis de hematócritos alterados o que em ambientes de atendimento a urgência e emergência poderão influenciar diretamente no diagnóstico, conduta e ou tratamento ofertado ao paciente, além de que sugere que em pacientes severamente doentes não recomenda, sem auxílio, realizar testes com sistema de monitoramento de glicemia sanguínea;**

LOTE 31- Sonda Nasogástrica nº14 longa: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 33 - Sonda Nasogástrica nº 16 longa: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 35- Sonda Nasogástrica nº 18 longa: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 37- Sonda Nasogástrica nº 20 longa: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 40- Sonda Nasogástrica nº 06 longa: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 44- Sonda Nasogástrica nº 10 longa: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 50-Sonda para alimentação Enteral nº 12: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 52: Sonda Foley- duas vias nº12: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 53: Sonda Foley- duas vias nº14: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 54: Sonda Foley- duas vias nº16: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 55: Sonda Foley- duas vias nº18: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 56: Sonda Foley- duas vias nº20: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 57: Sonda Foley- duas vias nº22: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 58: Sonda Foley- duas vias nº24: **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 66: Fio de Sutura em Nylon 2.0: **parecer favorável à qualificação técnica ;**
LOTE 67: Fio de Sutura em Nylon 3.0: **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 68: Fio de Sutura em Nylon 4.0: **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 69: Fio de Sutura em Nylon 5.0: **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 70: Fio de Sutura em Nylon 6.0: **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 71: Lâmina de Bisturi nº11: **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 72: Lâmina de Bisturi nº12: **parecer favorável à qualificação técnica ;**
LOTE 74: Lâmina de Bisturi nº21: **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 76: Lâmina de Bisturi nº23: **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 77: Lâmina de Bisturi nº24: **parecer favorável à qualificação técnica;**

➤ Empresa CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA para os seguintes itens:

LOTE 07: Sonda Uretral descartável nº 20: **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 08: Sonda Uretral descartável nº 22: **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 23: Tira reagente de glicemia - **parecer desfavorável à qualificação técnica;**
amostra recebida não atende as especificações do edital: variação de medição: 20 ~ 600, memória de 300 medições, além de possuir limitações técnicas na interpretação de valores de glicose de neonatos, possibilidade de interferência com níveis de hematócritos alterados o que em ambientes de atendimento a urgência e emergência poderão influenciar diretamente no diagnóstico, conduta e ou tratamento ofertado ao paciente, além de que sugere que em pacientes severamente doentes não recomenda, sem auxilio, realizar testes com sistema de monitoramento de glicemia sanguínea;
LOTE 48: PVPI degermante: **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 49: PVPI tópico : **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 60: Clorexidina degermante 2%: **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 61: Clorexidina 0,5%: **parecer favorável à qualificação técnica ;**
LOTE 62: Fio de sutura catgut simples 0 : **parecer favorável à qualificação técnica;**
LOTE 63: Fio de sutura catgut simples 2.0 : **parecer favorável à qualificação técnica;**



- Empresa SUTUMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA para os seguintes itens:

LOTE 21: Fio de sutura em seda 4.0 agulhado: **parecer favorável à qualificação técnica;**

- Empresa MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI para os seguintes itens:

LOTE 22: Solução a base de glutaraldeído a 2%: **parecer favorável à qualificação técnica;**

- Empresa FVP COELHO para os seguintes itens:

LOTE 24: Vaselina líquida: **parecer desfavorável à qualificação técnica, amostra recebida é de capacidade de 100 ml e a solicitada pelo edital é de 1000 ml;**

LOTE 39: Sonda Nasogastrica nº 22 longa: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 41: Sonda Nasogastrica nº 08 curta: **parecer favorável à qualificação técnica ;**

LOTE 42: Sonda Nasogastrica nº 08 longa: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 43: Sonda Nasogastrica nº 10 curta: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 45: Sonda Nasogastrica nº 12 curta: **parecer favorável à qualificação técnica ;**

LOTE 46: Sonda Nasogastrica nº 12 longa: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 51: Sonda foley- duas vias nº 10: **parecer desfavorável à qualificação técnica: marca de amostra enviada (MEDIX) difere da marca vencedora (DESCARPAK);**

LOTE 59: Sonda Nasogastrica nº 06 curta: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 78: Lugol 2%: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 81: Vaselina Líquida: **parecer desfavorável à qualificação técnica, amostra recebida é de capacidade de 100 ml e a solicitada pelo edital é de 1000 ml;**

LOTE 29 – Sonda para Aspiração Traqueal nº 16: **parecer desfavorável à qualificação técnica, amostra enviada não apresenta válvula de pressão negativa distal intermitente, além da marca da amostra enviada (BIOBASE) ser diferente da proposta realizada (MEDSONDA);**

LOTE 30- Sonda para Aspiração Traqueal nº 08: **parecer desfavorável à qualificação técnica, amostra enviada não apresenta válvula de pressão negativa distal**

intermitente, além da marca da amostra enviada (BIOBASE) ser diferente da proposta realizada (MEDSONDA);

➤ Empresa JN DIAGNOSTICA LTDA para os seguintes itens:

LOTE 26: Sonda para aspiração traqueal nº10 com válvula: **parecer desfavorável à qualificação técnica, amostra enviada não apresenta válvula de pressão negativa distal intermitente;**

LOTE 27: Sonda para aspiração traqueal nº12 com válvula: **parecer desfavorável à qualificação técnica, amostra enviada não apresenta válvula de pressão negativa distal intermitente;**

LOTE 36: Sonda nasogástrica nº20 curta: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 64: Fio de sutura catgut simples 3.0: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 65: Fio de sutura catgut simples 5.0: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 73: Lamina de bisturi nº15 estéril: **parecer favorável à qualificação técnica;**

LOTE 75: Lamina de bisturi nº22 estéril: **parecer favorável à qualificação técnica;**

➤ Empresa EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA para os seguintes itens:

LOTE 79: Solução a base de glutaraldeído a 2%: **parecer favorável à qualificação técnica;**

➤ Empresa MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA para os seguintes itens:

LOTE 80: Tira Reagente de glicemia: **parecer desfavorável à qualificação técnica; amostra recebida não atende as especificações do edital: variação de medição: 20 ~ 600, memória de 300 medições, além de possuir limitações técnicas na interpretação de valores de glicose de neonatos, possibilidade de interferência com níveis de hematócritos alterados o que em ambientes de atendimento a urgência e emergência poderão influenciar diretamente no diagnóstico, conduta e ou tratamento ofertado ao paciente, além de que sugere que em pacientes severamente doentes não recomenda, sem auxílio, realizar testes com sistema de monitoramento de glicemia sanguínea;**



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA
Rua Mecânico José Português, 240, São Cristóvão
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3000

A disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente


Isabela T. R. Guimarães
Superintendente de Rede

Isabela Teixeira Rezende Guimarães
Superintendente de Rede