

Parecer Técnico PE 048/2021

De: Departamento de Saúde Bucal SMS/PMOP

Para: Superintendência de Compras e Licitações SMPG
Att. Marineth Monteiro

Ouro Preto, 08 de novembro de 2021

Referência: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 052/2021

Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos para as unidades de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto - MG

Prezada Senhora,

Atendendo solicitação de análise técnica solicitada através do Memorando nº. 270/2021 da Superintendência de Compras e Licitações, das propostas referente ao processo acima citado e lembrando que:

No item 7 – Proposta do Termo de Referência consta que:

7.3 – A proposta deverá ser acompanhada, sob pena de desclassificação, de:

7.3.1 – Catálogo (s) ilustrativo (s) com foto (s) ou desenho (s), manual com informações claras e detalhadas, na língua portuguesa corrente no Brasil, sobre o fabricante, modelo, versão, especificações técnicas e outras informações esclarecedoras que comprovem os requisitos mínimos exigidos neste Edital, sendo aceitos, também, aqueles obtidos pela internet. No caso de cópias, somente serão aceitas se coloridas, autenticadas e totalmente legíveis. Na proposta deverá ser especificado claramente, não somente o fabricante, mas também o modelo do equipamento oferecido de forma a ser possível identificá-lo nos catálogos apresentados.

Após análise das propostas informamos que:

➤ **V. S. COSTA & CIA LTDA**

1º - Os lotes 04 - CÂMARA PARA REVELAR RADIOGRAFIAS e 10 - MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO





Atendem ao solicitado, sendo o parecer **FAVORÁVEL** para esta proposta.

2º - Para os lotes 01 - AVENTAL PUMBLÍFERO ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE e 09 - MICRO MOTOR ELÉTRICO

O parecer é **DESAVORÁVEL** para esta proposta, pois não foi apresentado Catálogo (s) ilustrativo (s) com foto (s) ou desenho (s), manual com informações claras e detalhadas, na língua portuguesa corrente no Brasil, sobre o fabricante, modelo, versão, especificações técnicas e outras informações esclarecedoras que comprovem os requisitos mínimos exigidos neste Edital, como solicitado no item 7.3.2, do Termo de Referência.

➤ **CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

Para o lote 02 – AUTOCLAVE 21 LITROS

O produto apresentado atende ao que foi solicitado. Parecer é **FAVORÁVEL** para esta proposta.

➤ **EMERSON NUNES DO EGITO Me - ME**

1º - Para o lote 05 - DESTILADOR DE ÁGUA

O produto apresentado atende ao que foi solicitado. Parecer é **FAVORÁVEL** para esta proposta.

2º - Para o lote 03 - BOMBA DE VÁCUO COM GABINETE PARA DOIS CONSULTÓRIOS

O parecer é **DESAVORÁVEL** para esta proposta, pois o folder apresentado não traz as informações solicitadas no descritivo do produto, como por exemplo não especifica para quantos consultórios, não faz referência ao gabinete.

3º - Para o lote 11 – ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO

O parecer também é **DESAVORÁVEL** para esta proposta, analisando a descrição do produto ofertado não foram encontradas algumas características solicitadas, tais como painel de led indicando que o aparelho está energizado, bomba peristáltica.

[Assinatura]

➤ **MIAMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

Para o lote 06 – FOTOPOLIMERIZADOR

O produto apresentado atende ao que foi solicitado. Parecer é **FAVORÁVEL** para esta proposta.

➤ **CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA ME**

Para o lote 07 – LAVADORA ULTRASSÔNICA

O produto ofertado atende ao solicitado. Parecer **FAVORÁVEL** para esta proposta.

➤ **MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP**

Para o lote 08 – LOCALIZADOR DE ÁPICE

O produto ofertado atende ao solicitado, sendo o parecer **FAVORÁVEL** para esta proposta.

Atenciosamente,

Rosângela Maria Gomes
Diretora do Departamento de
Saúde Bucal
SMS/PMGP


Rosângela Maria Gomes
Diretora do Departamento de Saúde Bucal