

Secretaria Municipal de Saúde

Em: 03/05/2022

Assunto: Parecer técnico referente ao edital Pregão nº 01/2022

Segue parecer técnico referente ao edital Pregão Eletrônico para registro de preços nº 01/2022, cujo objetivo é a aquisição de material médico hospitalar que são insumos básicos e essenciais nas ações de saúde da rede de atendimento do sistema único de saúde de Ouro Preto.

**** Item 08 – Papel Grau Cirúrgico 12 CM X 100M – Especificação solicitada:** (Papel grau cirúrgico 12 cm x 100 mts – gramatura 60 g/m2 podendo ter uma variação de no máximo 5% de acordo com a NBR 14990 – 2:2010 – composto por filme laminado com poliéster + polipropileno produzido pelo processo de coextrusão (3 camadas de polipropileno uma camada de poliéster): gramatura 51,0 g/m2. esterilização compatível com gás de óxido de etileno, vapor saturado sob pressão e formaldeído. impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. tinta indicativa que identifica o processo de esterilização. registro na anvisa, laudo de bfe (teste de eficiência de filtração bacteriana) e laudo de citotoxicidade. n.º 1.748, de 30 de agosto de 2011.

Após avaliação física foi evidenciado um parecer desfavorável, devido empresa não apresentar descrições das amostras conforme exigidas no Termo de referência/Edital – referente à empresa MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, no qual apresentou a marca HOSPFLEX EMBALAGENS FLEXÍVEIS

Especificação da empresa:



Sem mais para o momento, nos despedimos renovando protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Sanley S. Santiago Gomes
Superintendente de Rede
Sanley Soares Santiago Gomes
Fiscal de contrato

Junio José Rodrigues Carioca
Diretor de Suprimentos
Junio J.R. Carioca
Gestor de Contrato