

C1 56861/2022

Secretária Municipal de Saúde

Em: 04/05/2022

Assunto: Parecer técnico referente ao edital Pregão nº 01/2022

Segue parecer técnico referente ao edital Pregão Eletrônico para registro de preços nº 01/2022, cujo objetivo é a aquisição de material médico hospitalar que são insumos básicos e essenciais nas ações de saúde da rede de atendimento do sistema único de saúde de Ouro Preto.

**** Item 21 – Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) – Especificação solicitada:** compressa cirúrgica (campo operatório) medindo 45 cm x 50 cm, fios 100% algodão com dimensões, retenção de líquidos, dextrina ou amido, alvejante óptico, hidrofiliade, determinação do ph, substâncias gordurosas, substâncias solúveis em água, resíduos de incineração, corantes corretivos e peso 25 gr a unidade de acordo com a nbr 14.767. com 04 camadas sobrepostas, contendo um cadarço duplo em uma das extremidades, embalado em pacotes com 50 unidades. Após avaliação física foi evidenciado um parecer desfavorável, devido empresa não apresentar descrições das amostras conforme exigidas no Termo de referência/Edital - referente à empresa S.V BRAGA IMPORTADORA EIRELI ME, no qual apresentou a marca ANÁPOLIS INDUSTRIA HOSPITALAR - Especificação da Empresa: somente descrito medindo 45 cm x 50 cm

Sem mais para o momento, nos despedimos renovando protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Sanley S. Santiago Gomes
Superintendente de Rede
Sanley Soares Santiago Gomes
Fiscal de contrato

Junio José Rodrigues Carioca
Diretor de Suprimentos
Junio J.R.Carioca
Gestor de Contrato