



**OURO
PRETO**

www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

Ouro Preto, 9 de setembro de 2022.

MEMORANDO : 001003/2022

DE: Tatiane Cristina Simões Gomes

PARA: Marineth Márcia Monteiro
Superintendente de Compras e Licitações

PREF. MUN. OURO PRETO
DECOM

Documento Protocolizado

Em 12/09/2022 Às 11/57h

Ass : POUCIENE

Matr : _____

Prezada,

Venho por meio deste trazer os esclarecimentos, solicitados pela empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, referentes ao pregão eletrônico 55/2022 - Aquisição de mobiliários, equipamentos e instrumentos.

A respeito do pedido de alteração das especificações técnicas do item 35 – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO do Registro de Preços para aquisição de mobiliários, instrumentos e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Ouro Preto, venho por meio deste concordar com a retirada da exigência de oximetria de pulso do produto de forma que não haja direcionamento para nenhuma marca em específico e que este seja um processo sem restrições de competitividade.

Segue abaixo o texto alterado:

• ITEM 35 – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Regulamentado pela ANVISA; prove desfibrilação externa automática em pacientes adultos e pediátricos (com jogos de pás específicas de adulto e criança - mínimo 4 unidades de adulto e 2 unidades de criança), conforme a tecnologia da onda bifásica (retilínea ou exponencial truncada); equipamento portátil, com detecção automática de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular com níveis de especificidade e sensibilidade para reconhecimento e limitação da energia de forma automática pelas pás; deve seguir as diretrizes do protocolo guideline da AHA; escala de energia que abranja a faixa de 50 joules (pediatria) a 200 joules; painel de teclas automático para aplicação de choque e as escalas de energia em português; presença dos opcionais: monitorização de ECG e modo médico (funcionamento manual); possuir software para sistema e gerenciamento dos arquivos, teclas e indicações e em mensagem e comando de voz em português, fornecendo um passo a passo claro e simples; apresentação de proteção contra poeira e respingos de água de no mínimo ip 55 e tecla para aplicação de choque; desfibrilação deve possuir modo de desfibrilação pediátrica, com reconhecimento e limitação da energia de forma automática pelas pás; 01 (um) software de revisão do atendimento, do traçado de ECG, da profundidade das compressões durante a RCP e o tempo de atendimento; 01 (uma) bolsa ou maleta para transporte, com alça; proteção contra choques disparados por acidente; mínimo de 180 choques total. Garantia mínima de 18 meses.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.

PREFEITURA DE OURO PRETO

Praça Barão do Rio Branco, 12 - Pilar

Ouro Preto / MG - 35400-000

(31) 3559 - 3200



**OURO
PRETO**


www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

Atenciosamente,


Sanley S. Santiago Gomes
Superintendente de Rede

Sanley Soares Santiago Gomes
Superintendente de Rede


Tatiane Cristina S. Gomes
Coordenação da Atenção Primária
Apoio e Logística

Tatiane Cristina Simões Gomes
Coordenação da Atenção Primária
Apoio e Logística