



Ouro Preto, 28 de outubro de 2022.

PARECER TÉCNICO REFERENTE AO PREGÃO 55/2022

EMPRESA LONDRIHOSP

Concluo parecer desfavorável ao item 41 – Foco clínico articulado. O catálogo do produto apresentado pela empresa não informa se o foco clínico apresenta iluminação concentrada, a voltagem e o fluxo luminoso. Além disso, a potência apresentada pelo catálogo é de 8 W, quando o Termo de Referência pede potência de 15 W.

Concluo parecer desfavorável ao item 47 – Otoscópio. O catálogo do produto apresentado pela empresa informa que o equipamento acompanha espéculos reutilizáveis e descartáveis de 2.5 mm e 4.0 mm. Porém, o Termo de Referência exige também espéculos de 3.0, 5.0 e 10 mm. Além disso, o catálogo informa que o equipamento possui lente de aumento de 2,5 vezes quando o descritivo do termo de referência exige lente de aumento de 3 vezes.

Concluo parecer favorável ao item 54 – Oxímetro de dedo.


Tatiane Cristina S. Gomes
Coordenação da Atenção Primária
Apoio e Logística

Tatiane Cristina Simões Gomes
Coordenadora da Atenção Primária
Apoio e Logística

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO
DOCUMENTO Protocolizado
em 04 / 11 / 2022 Às 07 / 38 h
Ass:
Ass: