

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Mecânico José Português, 240 - São Cristóvão.
Ouro Preto/MG - 35400-000

PMOP/SUCOM	Página
Danielle A. Silva Reis	



Secretaria Municipal de Saúde

Comunicação Interna: 12379 /2023

Em: 28/08/2023

Ilmo. Sr.

Alberto Frederico Gouvêa

Superintendente de compras e licitação

Venho solicitar retificação do descritivo do item, referente ao PI: 064/2023 abaixo citados:

Ensaio imunocromatográfico in vitro rápido para a detecção e diferenciação qualitativa de antígeno do vírus detecção do vírus causador da gripe. detecção e diferenciação qualitativa de antígeno do vírus influenza tipo b, vírus influenza tipo a; resultado em 15 minutos; coleta: swab nasal/garganta/nasofaringe ou aspirado nasal/nasofaríngeal; intervalo de confiança de 95% todos insumos estão incluídos no kit; não é necessário refrigeração; requer treinamento mínimo e interpretação visual; acompanha controle de qualidade positivo e negativo para validação do kit. apresentação do kit: - caixa com testes embalados individualmente; - tubos de teste descartáveis; - conta gotas descartáveis; - swabs estéreis para coleta de amostra; - base de trabalho. precisão mínima aproximada: influenza a: sensibilidade a 62% (95% ic), especificidade a 99,8 % (95% ic) influenza b: sensibilidade a 84,8% (95% ic), especificidade a 100% (95% ic).

Dhiordan Deon Lovestain Costa
Diretor de Vigilância em Saúde
Matrícula: 045595-6

Dhiordan Deon Lovestain Costa

Gestor